

Legionowo, dnia 19.06.2026r.

Treść pisma od Wykonawcy z wyjaśnieniem Zamawiającego dotyczącego SWZ na: **Wykonanie kompleksowej modernizacji Punktu Zlewnego Ścieków Z-1 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 8 w Legionowie polegającej na przebudowie, rozbudowie i rozbiórce istniejącego obiektu, w tym zabudowie trzech stacji zlewczych i modernizacji stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, przepompowni i przewodu tłocznego w celu zwiększenia wydajności obiektu, wraz z wykonaniem zastępczego układu pompowego na czas prowadzenia robót.**

(Nr sprawy TN/3/2026)

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie od Wykonawcy, którego treść wraz z wyjaśnieniem podajemy poniżej:

Pytanie 1

W opisie cyfrowego spektrometru procesowego przeznaczonego do pomiaru parametrów TSS, SAC, ChZT_eq oraz BZT_eq wskazano wymaganie, aby czujnik posiadał możliwość czyszczenia szczeliny pomiarowej mieszaniną powietrzno-chemiczną. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym szczelina pomiarowa czujnika jest czyszczona za pomocą sprężonego powietrza oraz wody?

Odpowiedź:

Nie, należy zastosować rozwiązanie wskazane przez Projektanta.